

## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 260920-1565

Tên khách hàng : **CÔNG TY TNHH MTV KOSEI QUỐC TẾ**  
Địa chỉ : **THÔN MỄ HẠ, XÃ YÊN PHÚ, HUYỆN YÊN MỸ, TỈNH HƯNG YÊN**  
Tên mẫu : **DUNG DỊCH DIỆT KHUẨN KHỬ MÙI KAMISAMA**  
Ngày nhận mẫu : **26/09/2020**  
Thời gian thử nghiệm : **28/09/2020 đến 02/10/2020**  
Tình trạng mẫu : **MẪU DẠNG LỎNG TRONG 2 CHAI 40ML, KHÔNG NHÃN**  
**– KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN**  
Số lượng mẫu : 02 chai, không có mẫu lưu  
Thời gian lưu mẫu : Không có  
Vi sinh vật thử nghiệm : *Staphylococcus aureus* ATCC 25923  
*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853  
*Candida albicans* ATCC 26790  
Nồng độ mẫu thử nghiệm : Dung dịch nguyên chất  
Thời gian tiếp xúc VSV : 30 giây  
Thời gian nuôi cấy : 48 giờ đối với vi khuẩn và 72 giờ đối với vi nấm  
Môi trường thử nghiệm : Baird Parker, Cetrinide, SAB  
Phương pháp thử nghiệm : IP HCM V04: 2017

(REF. BS EN 1040, BS EN 1500, ASTM E1054, ASTM E2315, BS EN 14347, BS EN 13727)

1. Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.



BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR TP. HCM

**VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
KHOA XÉT NGHIỆM Y - SINH HỌC LÂM SÀNG  
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT**

167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel : (84.28) 38.297.308 – 38.230.352 – Fax : (84.28) 38.231.419



VILAS 209

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Mã số: 260920-1565

**KẾT QUẢ**

VI SINH VẬT THỬ NGHIỆM	NỒNG ĐỘ VI SINH VẬT THỬ NGHIỆM (CFU/ml)	SAU KHI TIẾP XÚC 30 GIÂY	
		VSV CÒN SỐNG (CFU/ml)	TỶ LỆ DIỆT KHUẨN (%)
<i>Staphylococcus aureus</i>	4,7x10 <sup>6</sup>	320	99,99
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	2,2x10 <sup>6</sup>	<1(không phát hiện)	99,99
<i>Candida albicans</i>	1,6x10 <sup>6</sup>	<1(không phát hiện)	99,99

**GHI CHÚ:**

- Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu thử mang mã số **260920-1565** do khách hàng gửi đến.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm nên không sử dụng cho mục đích quảng cáo.
- Các chỉ tiêu thử nghiệm được thực hiện trên mô hình phòng thí nghiệm.

**LAB. VI SINH THỰC PHẨM**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020  
TL.VIỆN TRƯỞNG  
KT.TRƯỞNG KHOA

*ma*

**ThS. Nguyễn Thị Nguyệt**

**PHÓ TRƯỞNG KHOA**  
VIỆN PASTEUR  
TP. HỒ CHÍ MINH  
*Nguyễn Ngọc Anh Tuấn*  
**\*Nguyễn Ngọc Anh Tuấn**

- Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.